

WSZ-EP-62/18/.....<sup>14</sup>...../2019

Konin, ..... 03 STY. 2019 .....

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę narzędzi endoskopowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-62/2018)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 2

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5, 6, 7 i 8 Pakietu 2, parametry narzędzi zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 3

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 3 dopuści zaoferowanie stentu z zestawem do aplikacji o średnicy 8Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

3. Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 3 dopuści zaoferowanie szczotki na o długości 200 cm, średnica cewnika 2,7 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 3 dopuści zaoferowanie balonu lateksowego, średnice balonu 12 mm, 15 mm i 18 mm, z możliwością wyboru ujścia kontrastu powyżej lub poniżej balonu, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający w pozycji 8 Pakietu 3 dopuści zaoferowanie noża o długości 2300 mm, średnica cewnika 2,4 mm, średnica noża 0,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządziła: R. Janik

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota KołECKA