

Konin, 03 STY. 2019

WSZ-EP-62/18/.....¹⁵...../2019

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę narzędzi endoskopowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-62/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pyt. 1 Pakiet 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 2, 4 dopuści:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1

Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 100, 120, 140 mm, śr. 20 mm, pokryta silikonem, posiada łąsa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 15 mm i śr. 26 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Proteza samorozprężalna przełykowa z zastawką antyrefluksową o dł. 100 mm, śr. 20mm lub 24mm, pokryta silikonem, posiada łąsa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 7,5mm i śr. odpowiednio 26 i 30mm, aplikator o dł. 700mm, śr. 8 mm/24 F.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 60mm widoczna w promieniach RTG, posiada spiralny znacznik ruchu, specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, 2 sztuki w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 i dopuści:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5

Balony do poszerzania o dł. 230cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 11

Jednorazowe igły do ostrzykiwania o dł. 230cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 13

Pętla do polipektomii jednorazowa; średnica otwartej pętli 10-36 mm; długość robocza 230 cm; średnica 2.3 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych

Dorota Kotecka