

Konin, 04 MAJ 2019

WSZ-EP-5/261/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb zabiegów chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-5/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie do pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści protezy wykonane z ePTFE, zbrojone o średnicach 6,7,8 mm oraz długość 50 cm i 80 cm z pominięciem długości 40, 60,70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy, który zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
D. Kotecka
Dorota Kotecka