

Konin, ...1.0 MAJ 2019..r.

WSZ-EP-15/458/2019

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę ambulansu drogowego typu „C” z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-15/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przeglądy okresowe zabudowy medycznej nie mają być wliczone w cenę oferty, Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił.

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przeglądy okresowe sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił.

4. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2018, natomiast adaptacji medycznej z roku 2019.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu Zamówienia – pkt. XIII.9 – proszę o dopuszczenie systemu kontroli ciśnienia w oponach poprzez system ABS pojazdu, a nie poprzez system TPMS, a co za tym idzie kół zimowych bez czujników ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zmodyfikuje załącznik numer 3 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych.

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

6. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy załącznik nr 3 – zestawienie wymaganych parametrów – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga anteny do radiotelefonu wraz z instalacją oraz uchwytem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

8. Dotyczy załącznik nr 3 – zestawienie wymaganych parametrów – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga instalacji oraz uchwytów do systemu SWD PRM.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego

9. Dotyczy załącznik nr 3 – zestawienie wymaganych parametrów – pkt. I.1.2 – prosimy o dopuszczenie drzwi do zewnętrznego schowka bez systemu elektrycznego ich domykania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zmodyfikuje załącznik numer 3 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych.

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka