

Konin, 11.07.2019r.

WSZ-EP-28/665/2019

Wyjaśnienia do SIWZ.

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-28/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy rozdz. 8 , pkt. 8.7 d. SIWZ

W związku z zakończeniem dnia 20 kwietnia 2019 okresu przejściowego obowiązywania równolegle starych i nowych przepisów dotyczących środków ochrony osobistej i zastąpienia normy EN 374-3 normą PN-EN 16523-1:2015-05, prosimy dopuszczenie potwierdzenia odporności na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 5


1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga by wewnętrzna warstwa w rękawicy była zarówno przeciwdrobnoustrojowa, bakteriostatyczna jak i łagodząco – nawilżającą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (XL 90 szt.).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: S. Skrycka

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka