

Konin, 23.08.2019 r.

WSZ-EP-34/482/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego
poniżej 221 000 euro na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
nr sprawy WSZ-EP-34/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 4

1. Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści śruby zespalające o długości 55-135 mm zamiast 55-150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza śruby zespalające o długości 55-135 mm. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

2. Dot. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z poz. 1 i utworzenie w ramach pakietu 4 oddzielnej pozycji np. - l.p. 4.- do wyceny na płytę stabilizującą krętarz współpracującą z płytą DHS w ilości 27 szt.? Umożliwi to precyzyjną wycenę tego asortymentu oraz wyłączy konieczność uwzględnienia w wycenie kompletu DHS 20% zespołem na płytce krętarzowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

3. Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający odstąpi od depozytu śrubek korowych na rzecz bieżących zamówień? Zwyczajowo tego typu wkręty są realizowane w ramach dostaw sukcesywnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Poz. 2 - Czy nie nastąpiła omyłka w zapisie dot. depozytu płyt 4 otworowych i powinno być 6, 8, 10 zamiast 4, 6, 8, 10? Zamawiający wymaga płyt DCS od 6 otworów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka w zapisie dot. depozytu płyt: powinno być 6, 8, 10 zamiast 4, 6, 8, 10. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
5. Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści płytki blokowane posiadające w części trzonowej 4 do 8 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny, adekwatnie liczba wkrętów na zespolenie 5 blokowane i 1 korowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści płytki blokowane posiadające w części trzonowej 4 do 10 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny, adekwatnie liczba wkrętów na zespolenie 1 wkręt korowy i 3 wkręty blokowane?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7. Poz. 10 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile wkrętów blokowanych i korowych ma się składać na komplet?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że komplet wkrętów ma się składać z 6 wkrętów blokowanych i 2 wkrętów korowych. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
8. Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści płytki blokowane rozszerzone trapezowo w części trzonowej 4 do 14 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i min 1 kompresyjny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytki blokowane rozszerzone trapezowo w części trzonowej 4 do 14 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i min 1 kompresyjny. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
9. Poz. 14 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż instrumentarium z przymiarami dostarczane będzie na zabiegi z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu (5 kompletów)?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż instrumentarium z przymiarami dostarczane będzie na zabiegi. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 3 z „2 dni” na „2 dni robocze”?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę terminu. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załączniki nr 2 i nr 4 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, które udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
2. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 14, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1 pkt 1 z „2% za każdy dzień opóźnienia” na „0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru”?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


5. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2 pkt 1 i 3, iż wskazana zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający zmieni termin w §6 ust. 2 pkt 2 z 7 dni na 30 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka