

WSZ-EP-51/...../2019

Konin, ..... 19 GRU. 2019

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę implantów i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-51/2019).**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 3 – Klatki Szyjne.

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści implant posiadający 2 kolce na górnej oraz 2 kolce na dolnej powierzchni. Implant o kształcie anatomicznym i 4 stopniowej lordozie. Implanty w rozmiarach od 4 mm do 9 mm. Substytut kości z trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu. Wielkości substytutu dostosowana do każdego rozmiaru klatki.

Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści implant o poniższych parametrach.

Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dościa tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700µm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, dwie podstawy implantów, wysokość od 4 do 9 mm co 1 mm, oraz 6 stopni lordozy. Przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: R. Janik