



03 SIE. 2020
Konin,r.

WSZ-EP-34/⁹⁰⁵...../2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego **poniżej 214 000 euro** na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury w ramach Programu zwiększania dostępności do rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze przyczyniającego się do wzrostu szans na powrót na rynek pracy – nr sprawy **WSZ-EP-34/2020**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 2

Platforma dynamometryczna do analizy siły reakcji podłoża w staniu - 1 szt.

1. Czy Zamawiający w pkt.2 dopuści czujniki rezystancyjne, które mogą być także dla zwiększenia przewodzenia pokryte 24k złotem co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3.2 do SIWZ WSZ-EP-34/2020, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
2. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w pkt. 5 opisu rozumie pod zapisem „95% elipsa” ?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis „95% elipsa”. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3.2 do SIWZ WSZ-EP-34/2020, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
3. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści platformę posiadającą rozbudowaną analizę równowagi w tym CoP, CoF, Parametry ścieżki COP, parametry elipsy, próbę romberga oraz wiele innych testów równowagi co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3.2 do SIWZ WSZ-EP-34/2020, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
4. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści platformę o wymiarach maksymalnych: Długość 700mm, Szerokość 650 mm, Wysokość 15 mm – wysokość powierzchni, na którą wchodzi pacjent, Wysokość 40 mm – wysokość całkowita ?
Uzasadnienie: Wymiary te minimalnie różnią się od oczekiwanych w przypadku szerokości ale dzięki 250 mm większej powierzchni mamy możliwość wykonania dokładniejszego badania, a w przypadku wysokości, gdzie mamy niską wysokość dla wejścia pacjenta 15 mm i wysokość całkowitą 40 mm jest dodatkowe udogodnienie dla pacjenta ponieważ różnice między wysokościami wejścia i właściwą to tylko 25 mm, a nie od razu 40 mm.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3.2 do SIWZ WSZ-EP-34/2020, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

5. Czy Zamawiający w pkt.9 dopuści platformę o częstotliwości próbkowania: do 350 Hz w badaniu dynamicznym co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Uzasadnienie: Zamawiający określił maksymalną częstotliwość, natomiast prawdą jest w przypadku platform sił reakcji podłoże, że im większa częstotliwość tym lepszy, dokładniejszy pobór informacji przez platformę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3.2 do SIWZ WSZ-EP-34/2020, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

6. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści platformę z wykresami następujących parametrów:

- powierzchni cm²
 - obciążenia kg
 - maksymalnego obciążenia gr/cm²
 - średniego obciążenia gr/cm²
- dla każdej z 5 części stopy:

- tyłostopie
- śródstopie
- przodostopia
- I kość metatarsalna
- palce

oraz następującymi wykresami parametrów dla każdej ze stóp jako całości:

- powierzchni cm²
- obciążenia kg
- maksymalnego obciążenia gr/cm²
- średniego obciążenia gr/cm²
- szybkość mm/sek
- rotacja mm
- siła N

Uzasadnienie: Podane parametry są równoważne do opisanych w postępowaniu, diagnozują i podają te same wyniki i rezultaty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO
Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski