

WSZ-EP-13/239/2016

Konin, 22.03.2016 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie., NR SPRAWY: WSZ-EP-13/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 13/2016:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 6 do SIWZ WSZ-EP-13/2016 oraz Zał. nr 2 do SIWZ

Zamawiający modyfikuje pakiet nr 7 pozycja 2, poprzez dodanie zapisów o następującej treści:

Pakiet nr 7		
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.
1	Zestawy do podaży grawitacyjnej żywienia enteralnego, jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kropłową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP).	100
2	Dzierżawa pompy do żywienia enteralnego, - zasilanie z akumulatora - ciągle ładowanie akumulatorów podczas zasilania zewnętrznym napięciem sieci 230 V nie dłużej niż 6 godz. W trakcie pracy na zasilaczu baterie ładują się automatycznie - max. 4 godz. czas pracy na zasilaczu baterijnym minimum 24 godzinna praca na baterii przy predkości podawania 125ml/godz. Sygnalizacja stanów alarmowych, - dźwiękowa i świetlna. Możliwość odczytu objętości dostarczonej diety oraz stopnia zaawansowania podaży diety. Szybkość i dokładność przepływu - min. od 1 do 600 ml/godz. dokładność ustawień 1 ml/godz. Podaż - możliwość zaprogramowania limit podaży diety. Praca w trybie bolus objętość bolusa min 1-5000 ml, czas przepływu w trybie bolus 15 min.-do 24 godz. waga pompy max.-650g. Wymagany serwis techniczny na koszt dostawcy, na czas użytkownika pomp. Każda pompa powinna posiadać paszport techniczny. * UWAGA! Zamawiający dopuszcza pompę do żywienia enteralnego, która nie pracuje w systemie bolus. Pozostałe wymagania bez zmian.	30
3	Oprzyrządowanie do pompy z poz. 2 do podaży żywienia enteralnego. Oprzyrządowanie jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack. wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kropłową. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP).	5000

II. Zmiany następują również w:

§17 Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 7

który otrzymuje następujące brzmienie:

7. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej na zamawiającego adres: Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:



„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-13/2016.

Nie otwierać przed **29.03.2016 r., godz. 11:00**”,

oraz § 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 3, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Termin składania ofert: nie później niż **do dnia 29.03.2016 r.; do godz. 10:00.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29.03.2016 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**

III. Zamawiający modyfikuje § 4 projektu umowy poprzez dodanie pkt 7 o następującej treści:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karcewska

Sporządziła: S. Skrycka