

WSZ-EP-24/.356../2016

Konin,26 KWI. 2016.....

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-24/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 6 dopuści trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Rozmiar 10mm, wbudowana redukcja do 5mm. Trokar ze zintegrowanym podwójnym filtrem gazów, z karbowaną kaniulą pozwalającą na fiksację w powłokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację w/w pozycji na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 7 dopuści trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Rozmiar 12mm, wbudowana redukcja do 5mm. Trokar ze zintegrowanym podwójnym filtrem gazów, z karbowaną kaniulą pozwalającą na fiksację w powłokach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację w/w pozycji na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karczewska