

WSZ-EP-24/.357.../2016

Konin, ... 26 KWI. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-24/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 7

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną owalną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, jednorazową, powierzchnia całkowita 170cm², powierzchnia aktywna 110 cm², grubość 1mm, hydrożelową, pakowaną po 5szt, dwudzielną, o dwóch niesymetrycznych powierzchniach, z pasem okalającym umożliwiającym niekierunkową aplikację, z systemem przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne dzielone, hydrożelowe, powierzchnia ogólna 105cm², powierzchnia aktywna 71cm², grubość 1mm, hydrożelowe, pakowane po 5 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną, typ nożyk, wtyk 4mm, długość całkowita 50-55mm, część robocza 25 x 3,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację w/w pozycji na swojej stronie internetowej.

Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną bagnetową, dł. 19,5cm, końce proste 1mm z kołkiem oporowym w miejscu zagięcia, blisko uchwytu szczypiec?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację w/w pozycji na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel bipolarny dł. 4m, wtyk Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz modyfikacjami, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną bagnetową, typ non-stick, uchwyt nieaźurowany (uchwyt nieaźurowany jest bardziej ergonomiczny niż aźurowany) końce 0,5 x 6mm, dł. 22cm, końce proste, z kołkiem oporowym w miejscu zagięcia, blisko uchwytu szczypiec?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz modyfikacjami, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Punkt 14. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, do jakiej diatermii przeznaczony jest kabel i jakiej produkcji kleszcze do zamykania naczyń posiada Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kabel przeznaczony jest do diatermii EMED VISION oraz Zamawiający posiada kleszcze do zamykania naczyń od producenta HEBU BiSeal.

Punkt 15,16. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z całości pozycji nr 15 i pozycji nr 16, które nie są akcesoriami przeznaczonymi ściśle do diatermii elektrochirurgicznych, natomiast wszystkie pozostałe opisane w postępowaniu akcesoria to akcesoria elektrochirurgiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z nitką widoczną w rtg, o wymiarach 50x50x5mm, pakowane pojedynczo, przyklejane, waga do 3g (waga czyścików nie ma znaczenia użytkowego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację w/w pozycji na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karczewska