



WSZ-EP-13/246/2016

Konin, 22.03.2016r.

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-13/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1 dotyczy**

#### **Pakiet 7 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie dzierżawy pomp do żywienia dojelitowego o tym samym przeznaczeniu i o parametrach równoważnych z podanymi w SIWZ z uwzględnieniem szybkości i dokładność przepływu - min. od 1 do 400 ml/godz.

i dokładność ustawień 1 ml/godz. oraz pracy w trybie bolus przy objętości bolusa min 1-1000 ml.? Jednocześnie wskazujemy że jest to pompa o znacznie mniejszych rozmiarach oraz niższej wadze z możliwością dłuższej pracy na zasilaczu bateryjnym, co przekłada się na korzyści przy użytkowaniu sprzętu.

Obecne parametry ograniczają możliwość składania ofert i nie wpływają na konkurencyjność oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa

*mgr Maria Karczewska*