



WSZ-EP-13/253/2016

Konin, 22.03.2016r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikacje SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-13/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycja 2 pompę do żywienia enteralnego, która nie pracuje w systemie bolus, spełniając pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Narzędzewska