



WSZ-EP-27/ZO/...../2015

Konin, dnia 2015 -12- 2 8

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-27/ZO/2015 na sukcesywną dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1. dot. pakietu nr 1. poz.3. poz. 3.1. poz. 3.2

Czy Zamawiający dopuści cewnik o rozmiarze 15,5Fr zamiast 14,5Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 2. dot. pakietu nr 1. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z materiału Durathane zamiast Carbothane TM?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 3. dot. pakietu nr 1. poz. 3.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości całkowitej 24cm zamiast 36cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 4. dot. pakietu nr 1. poz. 3.2

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości całkowitej 28cm zamiast 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 5. dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał przewodnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą poliestrową, długości cewnika do mufy: 17,19, 23, 27, 31,35, 43, 50 cm – do wyboru przez Zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, przewodnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, przewodnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 6. dot. pakietu nr 2



Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu chociaż kilka sztuk cewników dla tzw. „Trudnych Pacjentów”, minimalizujących gromadzenie się skrzepów?

Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał przewodnicy drutowej, cewnik wykonany w innowacyjnej technologii Endexo – z polimerem wtopionym w poliuretan, który powoduje znaczne ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku (po wewnętrznej i zewnętrznej stronie), z mufą poliestrową, długości cewnika do mufy: 15, 17,19, 23, 27, 31,35, 43, 50 cm – do wyboru przez Zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, przewodnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, przewodnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, wybór ilości cewników dla tzw „Trudnych Pacjentów” uzależnia od faktycznych potrzeb dlatego nie wydzieli do osobnego pakietu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata

Sporządziła: B. Szafrńska