

WSZ-EP-27/ZO/...../2015

Konin, dnia 2015 -12- 2 8

Wg rozdzielnika

**Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-27/ZO/2015 na sukcesywną dostawę cewników
dwuświatłowych do hemodializ dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę
cewników dwuświatłowych do hemodializ uprzejmie wyjaśniamy:

W związku z zapytaniem ofertowym WSZ-ER-27/ZO/2015 pakiet 1 pozycja 4,1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego długoterminowego Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR Tip to cuff 19cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata

Sponownie z nalegał