

WSZ-EP-27/ZO/1237/2015

Konin, dnia 2015-12-28

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-27/ZO/2015 na sukcesywną dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ uprzejmie wyjaśniamy:

W związku z zapytaniem ofertowym WSZ-EP-27/ZO/2015 pakiet 1 pozycja 4,2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego długoterminowego X Split Dual Lumen Haemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Nile) z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR Tip to cuff 23 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Koninie

Łukasz Dolata