



WSZ-EP-27/ZO/.....1240...../2015

Konin, dnia ...2015..12..2..8

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-27/ZO/2015 na sukcesywną dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę cewników dwuświatłowych do hemodializ uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 3 /3.1/3.2/4/4.1/4.2/4.3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania jak najlepszej ceny dla placówki zgodzi się na wydzieli pozycje 3 /3.1/3.2/4/4.1/4.2/4.3 do osobnego pakietu i dopuści zaoferowania Cewnik do dializ permanentnych wg poniższej charakterystyki: Zestaw cewnika permanentnego w składzie: * cewnik wykonany z biokompatybilnego carbothanu (termoplastyczny poliuretan) w rozmiarach 14Fr, o konstrukcji kanałów w kształcie podwójnego „D” (przepływy powyżej 350ml/min) z miękką atraumatyczną końcówką zakończoną „schodkowo”. Nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika, grubości cewnika na rozgałęźniku, długości na cewniku, zaciski kolorowe na ramionach * igła 18g (1,25mm) x 7cm z bocznym portem /zastawka, *prowadnik nitinolowy o średnicy 0,035" i długości 70cm typu J, odporny na zaginanie umieszczony w specjalnym podajniku z ząbkowanym kółkiem do łatwiejszej aplikacji, * dwa rozszerzadła: odpowiednio 12F x 11cm ,14Fr x 14cm, dodatkowe trzecie rozszerzadło z koszulką rozrywalną i zastawką hemostatyczną odpowiednio 16Fr (5,33mm) * tunelizator o dł. 18cm, * strzykawka 10ml, * skalpel 11, *2 nakrętki/ korki *skrzydełka do przyszycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, *2 opatrunki w formie plastra , *naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu-na etykiecie.

Dostępne długości:

Dł. do mankietu / dł.całkowita:	19cm/24cm
Dł. do mankietu / dł.całkowita:	23cm/28cm
Dł. do mankietu / dł.całkowita:	27cm/32cm
Dł. do mankietu / dł.całkowita:	31cm/36cm



Dł. do mankietu/ dł.całkowita: 35cm/40cm
Dł. do mankietu/ dł.całkowita: 50cm/55cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Lukasz Dolata

Sporządziła: B. Szafrńska