



WSZ-EP-29/.....⁴⁸⁷...../2016

Konin, 24 MAJ 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-29/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców dopuści możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu defibrylatora o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych tj.:

Ad. 7. Mający na wyposażeniu kabel EKG 3-żyłowy umożliwiający monitorowanie 3 odprowadzeń EKG jednocześnie oraz kabel 5-żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń (I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Ad. 11 i ad. 12. Z pamięcią 10000 zdarzeń. Dane zapisywane w czasie zdarzenia: stan urządzenia, mierzone parametry HR, SpO2, NIBP, przyczyna zdarzenia, energia impulsu, stan filtrów EKG, krzywe EKG monitorowane w czasie zdarzenia. Możliwość zapisu na nośniku typu pendrive.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Ad. 14. Możliwość wyłączenia alarmów fizjologicznych jednym przyciskiem, w przypadku alarmów technicznych –wyłączane indywidualnie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kotecka
Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik