



WSZ-EP-29/492/2016

Konin, 03 CZE. 2016

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-29/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Pakiet nr 1- analizator parametrów krytycznych.

1. Czy Zamawiający wymaga każdorazowej walidacji nowej kasety przy jej wymianie (jedynie raz przy wymianie kasety) za pomocą specjalnego dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego systemu przed jego uruchomieniem? Czynność ta gwarantuje najwyższą jakość wyników i wykluczenie błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt 17 w załączniku nr 3.1 do SIWZ 29/2016 – pakiet 1 – Analizator parametrów krytycznych w „Nazwie i opisie parametru lub funkcji urządzenia” w następujący sposób:**

**„Zamawiający wymaga każdorazowej walidacji nowej kasety przy jej wymianie (jedynie raz przy wymianie kasety) za pomocą specjalnego dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego systemu przed jego uruchomieniem.”**

**Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*D. Kópa*  
Dorota Kópa

Sporządziła: R. Janik