

WSZ-EP-29/495/2016

Konin, 03 CZE. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-29/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 6 - Respirator dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 2 szt.

Lp. III Parametry nastawialne

Pytanie nr 1

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający płynne kształtowanie fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, którą Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie nr 2

Pkt. 16

Czy zamawiający dopuści respirator oferujący regulację czasu narastania ciśnienia w zakresie 0-2 sekund?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 3.6 do SIWZ 29/2016, Lp. III Parametry nastawialne pkt. 16 w następujący sposób:

„... lub oferujący regulację czasu narastania ciśnienia w zakresie 0-2 sekund”

Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Lp. VI. Inne funkcje i wyposażenie

Pytanie nr 3

Pkt. 1

Czy zamawiający dopuści respirator wyposażony w wielorazowy nebulizator pneumatyczny, zasilany i sterowany synchronicznie z respiratora?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 3.6 do SIWZ 29/2016, Lp. VI. Inne funkcje i wyposażenie pkt. 1 w następujący sposób:

„... lub nebulizator pneumatyczny, zasilany i sterowany synchronicznie z respiratora”


Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.



Pytanie nr 4

W związku z wymaganiem respiratora wysokiej klasy dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, czy respirator ma być wyposażony w automatyczne odzwyczajanie pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO₂ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik