

WSZ-NZ-40/2014

Konin, dn. .0.3. WRZ. 2014

Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zn.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Dotyczy: Pakiet 7 poz. 1-5**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli poliuretanowej z minimum 3 paskami radiocieniującymi na całej długości bez portu bocznego . Kolorowe oznaczenia średnicy i długości kaniul. Oznaczenia na opakowaniu: materiału z jakiego wykonano kaniule, wielkość w skali Gauge i w milimetrach (długość) oraz wartości przepływów. Membrana hydrofobowa na końcu igły.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), zawierającego nazwę materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadająca minimum 4 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowania Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Sterylizowana radiacyjnie.

Rozmiar - 0,9mm - 22G( niebieski ) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G( różowy ) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min

Rozmiar - 1,5mm - 17G( biały ) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min –

Rozmiar - 1,8mm - 16G( szary ) dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza długość 25mm i 32-33 mm dla rozmiaru 1,1 mm**

**Zamawiający dopuszcza długość 32-33 mm i 45 mm dla rozmiaru 1,3 mm**

**Pozostałe parametry kaniuli zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy: Pakiet 7 Poz. 8**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka kombi w jednym kolorze.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



**Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 10-11**

Wnosimy o wydzielenie z pakietu 7 pozycji nr 10 oraz 11 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu lub dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

DYREKTOR  
WSZ w Koninie

*Łukasz Dolata*