



WSZ-EP-32/.....⁴¹⁰...../2016

Konin, ^{09.05.2016}.....

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.

NR SPRAWY: WSZ-EP-32/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 32/2016:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w §3 - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zamawiający modyfikuje pakiet nr 1w zakresie pozycji 2,3,4,5 dodając następujące zapisy w kolumnie „Rodzaj”:

Pakiet nr 1 – rękawice jałowe

Lp.	Rodzaj
1.	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455- 1, 2, 3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - 1,0 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu, - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 10 µg/g - grubość min 0,21- 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 285 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07
2.	<p>Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL < lub =1,5 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość min. 0,32 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 295 mm



	<ul style="list-style-type: none"> - odporne na przekłucia i rozdarcia - oznakowanie CE <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>
3.	<p>Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany, wywinęty w opakowaniu lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa - niska zawartość protein, poniżej 20 µg/g - grubość 0,16 – 0,19 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>
4.	<p>Rękawiczki chirurgiczne dla ginekologii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od 6,5 do 8,5 lub S, M, L</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - mankiet rękawiczki rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka pokryta polimerem lub bezpudrowa bez powłoki polimerowej - niska zawartość protein, poniżej 25 ug/g - grubość 0,24 -0,35 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość rękawiczki powyżej 450 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice mikroteksturowane bez powłoki polimerowej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>
5.	<p>Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 – 1, 2 - pakowane parami - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni - grubość 0,18-0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>



6.	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpydrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,17 – 0,27 mm na środkowym palcu - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - oznakowanie CE
----	--

Zamawiający modyfikuje pakiet nr 2 w zakresie pozycji 1,2,3 oraz 4 dodając następujące zapisy w kolumnie „Rodzaj”:

Pakiet nr 2 – rękawice diagnostyczne (niejałowe)

Lp.	Rodzaj
1.	<p>Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpydrowe niejałowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - opakowania po 100 sztuk - AQL < lub = 1,5 - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa, wewnętrzna pokryta polimerem z informacją na opakowaniu - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice posiadające teksturę na całej powierzchni dłoni oraz palców. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>
2.	<p>Rękawice diagnostyczne wykonane z nitylu bezpydrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodne z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - opakowania po 100 sztuk - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice pakowane a'200szt (XS-L) oraz a'180szt (XL) z przeliczeniem ilości i wyceną za 8000 opakowań.</u></p>



	<u>Proszę podać pełną ilość opakowań zaokrągloną w górę (najbliższa pełna ilość górna do ilości podanej w sztukach).Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u>
3.	<p>Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrilu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem, w rozmiarach S, M, L, XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 290 mm - opakowania po 100 sztuk - zgodne z normą EN 455 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice o grubości na palcu 0,18 mm.. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>
4.	<p>Rękawiczki diagnostyczne wykonane z nitrilu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - opakowania po 100 szt. - AQL < lub = 1,5 - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - wewnętrzna powierzchnia pokryta warstwą łagodząco-nawilżającą może mieć również właściwości przeciwdrobnoustrojowe <p>Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - pasujące na obie dłonie - oznakowanie CE <p><u>UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice pakowane a'200szt (XS-L) oraz a'180szt (XL) z przeliczeniem ilości i wyceną za 2500 opakowań. Proszę podać pełną ilość opakowań zaokrągloną w górę (najbliższa pełna ilość górna do ilości podanej w sztukach).Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</u></p>

Zamawiający modyfikuje pakiet nr 3w zakresie pozycji 1 dodając następujący zapis w kolumnie „Rodzaj”:

Pakiet nr 3 Rękawice foliowe

Lp.	Rodzaj	Ilość
1	Rękawiczki foliowe nie będące wyrobem medycznym – przeznaczone do prac porządkowych i pomocniczych, gdzie nie ma potrzeby zakładania rękawic lateksowych	250 op.



II. Zmiany następują również w:

§17 Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 7

który otrzymuje następujące brzmienie:

7. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej na zamawiającego adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.., nr sprawy WSZ-EP-32/2016. Nie otwierać przed **13.05.2016 r., godz. 11:00**”,

oraz § 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 3, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Termin składania ofert: nie później niż **do dnia 13.05.2016 r.; do godz. 10:00.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **13.05.2016 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Łukasz Dolata