

WSZ-NZ-44/...784.../2014

Konin, dnia 26 WRZ. 2014

Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-44/2014)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Pakiet 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 50mm x 250mm zamiast torebki o wymiarach 50mm x 200mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 50mm x 250mm.**

3. Pakiet 1 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 75mm x 270mm zamiast torebki o wymiarach 75mm x 250 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 75mm x 270mm.**

4. Pakiet 1 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 100mm x 200mm zamiast torebki o wymiarach 100mm x 150 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 100mm x 200mm.**

5. Pakiet 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 100mm x 270mm zamiast torebki 100mm x 250 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 100mm x 270mm.**

6. Pakiet 1 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 100mm x 400mm zamiast torebki 100mm x 350 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 100mm x 400mm.**

7. Pakiet 1 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 150mm x 200mm zamiast torebki 120mm x 200 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 150mm x 200mm.**

8. Pakiet 1 pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 150mm x 270mm zamiast torebki 150mm x 250 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 150mm x 270mm.**

9. Pakiet 1 pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 150mm x 50mm x 460mm zamiast torebki 150mm x 50mm x 450 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 150mm x 50mm x 460mm.**

10. Pakiet 1 pozycje 1-18: Czy Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu pod warunkiem zaferowania odpowiedniej ilość samoprzylepnych etykiet o wymiarach około 25 mm x 25 mm z umieszczonymi wskaźnikami sterylizacji formaldehydowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale wskaźnik ma zmieniać się na kolor zielony.**

11. Pakiet 1 pozycje 19-22: Czy Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu pod warunkiem zaferowania odpowiedniej ilość samoprzylepnych etykiet o wymiarach około 25 mm x 25 mm z umieszczonymi wskaźnikami sterylizacji formaldehydowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale wskaźnik ma zmieniać się na kolor zielony.**

12. Pakiet 1 pozycja 26: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 125 mm zamiast rękawa o wymiarach 120 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 125 mm.**

13. Pakiet 1 pozycja 34: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 200mm x 55mm zamiast rękawa o wymiarach 200mm x 60 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 200 x 55 mm.**

14. Pakiet 1 pozycja 35: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 250mm x 65mm zamiast rękawa o wymiarach 250mm x 60 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 250 x 65 mm.**

15. Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy i torebki skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165-190°C?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

16. Pakiet 2 pozycje 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści papier naprzemiennie pakowany w kolorze białym i zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

17. Pakiet 5 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści etykiety z sześcioma miejscami informacyjnymi (tj. z dodatkowym polem określającym symbol pakietu/produktu – 3 znaki cyfrowe)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jeśli etykiety są kompatybilne z metkownicą.**

18. Pakiet 5 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści etykiety ze zmianą wskaźnika na kolor brązowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

19. Pakiet 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick ze zmianą arkusza testowego z koloru fioletowego na zielony?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, ponieważ wskaźnik ma zmieniać się na kolor czarny.**

20. Pakiet 8 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki klasy 6 ze zmianą wskaźnika na kolor ciemnozielony do czarnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

21. Pakiet 1 pozycje 1-21: Czy, z uwagi na fakt, że jedynym kryterium oceny oferty jest cena (nie oceniana jest jakość), a zaferowany asortyment pochodzi od jednego producenta (różni się jedynie wymiarami), Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie próbek z danej grupy asortymentowej tj. po 5



torebek papierowo-foliowych płaskich i po 5 torebek z fałdą z kilku oferowanych rozmiarów? Liczba taka w zupełności wystarczy na zweryfikowanie zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

22. Pakiet 1 pozycje 23-38: Czy, z uwagi na fakt, że jedynym kryterium oceny oferty jest cena (nie oceniana jest jakość), a zaoferowany asortyment pochodzi od jednego producenta (różni się jedynie wymiarami), Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie próbek z danej grupy asortymentowej tj. po 5 mb rękawów papierowo-foliowych płaskich i po 5 mb rękawów z fałdą z kilku oferowanych rozmiarów? Liczba taka w zupełności wystarczy na zweryfikowanie zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

23. Zapis projektu umowy §5 pkt 1: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie jak niżej:

„W przypadku nieterminowej dostawy z przyczyn innych nie leżących po stronie Dostawcy będzie on zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy z 2 pierwszych dni zwłoki. Za każdy następny dzień zwłoki wysokość kar umownych wynosi 0,2 % wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień.

Całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę jest ograniczona do 50% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką „?”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

24. Pakiet 1: Czy w związku z szerokim typoszeregiem zamawianych opakowań Zamawiający w przypadku podpisania umowy z oferentem Zamawiający wyrazi zgodę aby do umowy został dołączony przez Zamawiającego załącznik określający harmonogram dostaw?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

25. Zapis projektu umowy §3 pkt 3: Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

26. Zapis projektu umowy §2 pkt 2: Czy Zamawiający zechce skrócić termin płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
WSZ w Koninie  
*Łukasz Dolata*