

WSZ-EP-46/...../2016

Konin, 04.10.2016 r.

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulacyjnych i biochemiczno-immunochemicznych oraz odczynników do własnego analizatora K-4500 dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie; znak sprawy: WSZ-EP-46/2016.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Dotyczy Pakiet 4

1. Prosimy o potwierdzenie, że automatyczne zagęszczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości dotyczy oznaczeń biochemicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że automatyczne zagęszczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości dotyczy oznaczeń biochemicznych.**

2. W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie w Tabeli nr 1. liczby testów w skali 36 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ ( WSZ-EP-46/925/2016) z dnia 16.09.2016 r., którą Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie oznaczał kortyzol także w moczu? Jeżeli tak, prosimy o rozdzielenie liczby oznaczeń w surowicy (osoczu i ślinie) oraz w moczu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie oznaczał kortyzol tylko w surowicy, ewentualnie w ślinie.**



4. Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytonię w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT. W związku z tym Zamawiający modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

5. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 3 zestawienia warunków granicznych dla części biochemicznej:

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na ilość wyspecyfikowanych 32 pozycji Zamawiający wymaga dostępności na pokładzie co najmniej 30 rodzajów odczynników dla każdego analizatora z osobna?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga dostępności na pokładzie co najmniej 30 rodzajów odczynników dla każdego analizatora z osobna. W związku z tym Zamawiający modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

6. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 11, Tabela nr 1 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynników do bezpośredniego oznaczania Bilirubiny Całkowitej (Total) oraz Bilirubiny Bezpośredniej (Direct)? Na podstawie powyższych wyników dla badanej próbki system komputerowy analizatora automatycznie wylicza wartość Bilirubiny Wolnej. Na zbiorczym wydruku wyników będą wartości dla Bilirubiny Całkowitej oraz Bilirubiny Wolnej i ewentualnie Bilirubiny Bezpośredniej (wg ustaleń Laboratorium).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

7. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 30, Tabeli nr 1 Formularza Cenowego:

Prosimi o doprecyzowanie sposobu wykonania oznaczenia Hemoglobina Glikowana czy Zamawiający będzie wykonywał te oznaczenia w hemolizacji próbki badanej, przygotowanym manualnie poza analizatorem, czy w hemolizacji próbki badanej przygotowywanym automatycznie z krwi pełnej na pokładzie analizatora?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oznaczenia Hemoglobiny Glikowanej będą wykonywane w hemolizacji próbki badanej, przygotowanym manualnie poza analizatorem. Zamawiający modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

8. Dotyczy SIWZ par. 10 pkt. 5b:

Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez dołączenie do oferty katalogu oferowanego aparatu oraz metodyk odczynnikowych? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tych materiałów w wersji elektronicznej lub w formie osobnego katalogu dołączonego do oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



---

9. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

10. Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

11. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

12. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnych” na „w ramach czyszu dzierżawnego”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

13. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie „(bez podwykonawców)”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym par. 5 ust. 5 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zapewni autoryzowany serwis ~~(bez podwykonawców)~~, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów (wymiany podzespołów) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy”. Zamawiający modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

14. Par. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

15. Par. 7 ust. 1 pkt 1) i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, a w przypadku aparatu od wartości czyszu dzierżawnego?

**Odpowiedź:**

**\* Par. 7 ust. 1 pkt 1) – zgodnie z SIWZ;**

**\* Par. 7 ust. 1 pkt 2) - Zamawiający modyfikuje w Projekcie umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) §7 ust. 1 pkt. 2) w następujący sposób: „ za opóźnienie w naprawie w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto dzierżawionych urządzeń określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

16. Par. 7 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość sumy czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w Projekcie umowy par. 7 ust. 1 pkt. 3) w następujący sposób: „za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przeglądu technicznego (za dzień wyznaczony na dokonanie przeglądu rozumie się datę przypadającą na wykonanie takiego przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

17. Par. 7 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w Projekcie umowy par. 7 ust. 1 pkt. 4) w następujący sposób: „za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

18. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

19. Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.


**Odpowiedź: Zamawiający w razie konieczności wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W chwili zaistnienia ww. sytuacji Zamawiający sporządzi wzór takiej umowy.**



20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentu JEDZ dotyczącego podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

**Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp, oświadcza, iż nie wymaga złożenia JEDZ dot. podwykonawców w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż brak takiego obowiązku nie powoduje braku konieczności wskazania nazw podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  
Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka