

WSZ-NZ-47/...748.../2014

Konin, dnia 17 WRZ. 2014

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę systemów implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku z osprzętem chirurgicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-47/2014)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1: Dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie jakim jest system o poniższej specyfikacji:

1. Część implantowana:

- Implant magnetyczny w tytanowej obudowie o długości 39 mm, szerokości 16mm, głębokości 2,6 mm, średnicy 10 mm,
- Całkowicie wszczepialny, nieposiadający elementów przechodzących przez skórę, z pięciopunktowym mocowaniem do kości czaszki,
- Procesor dźwięku mocowany za pomocą magnesu

2. Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji

- Osprzęt chirurgiczny dostarczony do zabiegu: śruby, śrubokręt, przymiary

3. Procesor dźwięku 45 dB

- Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające (13 cynkowo-powietrzna),
- Wzmocnienie procesora min 45 dB HL
- Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego.
- W pełni automatyczny, mikrofon kierunkowy, z funkcją wyciszenia źródła dźwięku. Celem tego działania jest zmniejszenie dźwięków po bokach i z tyłu użytkownika, a tym samym zwiększenie słyszalności przed użytkownikiem.

4. Inne:

- Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach oraz przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku
- Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z instrukcją i obsługą przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego
- Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych
- Gwarancja 24 miesiące

Uzasadnienie: Jest to alternatywne rozwiązanie dla implantów samogwintujących posiadających wspornik wystający przez skórę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

DYREKTOR
WSZ w Koninie

Łukasz Dolata