

WSZ-EP-35/478/2016

Konin, 01.06.2016 r.

Wg rozdzielnika

## Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie.  
(nr sprawy: WSZ-EP-35/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

### **Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 35 sztuk:**

1. Czy zamawiający dopuści łóżko z wysokością leża 400 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy zamawiający dopuści łóżko z szczytami metalowymi lakierowane proszkowo, wypełnione płytami z tworzywa HPL. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 6, która otrzymuje brzmienie:**

**„Szczyty łóżka wykonane z jednolitego odlewu tworzywowego odpornego na działanie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

3. Czy zamawiający dopuści łóżko Regulacja kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 – 37 stopni Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 12, która otrzymuje brzmienie:**

**„Regulacja kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 DO NIE MNIEJ NIŻ 34 stopni. Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

4. Czy zamawiający dopuści łóżko z szczytami z stali nierdzewnej, wypełnione płytami z tworzywa HPL. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 6, która otrzymuje brzmienie:**

**„Szczyty łóżka wykonane z jednolitego odlewu tworzywowego odpornego na działanie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Sporządziła: S. Skrycka

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*