

WSZ-NZ-48/...../2014

Konin, dn. .0.0. PAŹ. 2014

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na zakup ratalny tomografu komputerowego wraz z przygotowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 (nr sprawy: WSZ-NZ-48/2014)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający formułując wymóg „Sprzętowa i programowa integracja posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej ze skanarem” miał na myśli zainstalowany w Pracowni Tomografii Komputerowej dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad STELLANT CT o numerze seryjnym 25520? W przypadku gdyby chodziło o inny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu do badań TK, prosimy o podanie informacji odnośnie tego, którego producenta i jaki konkretnie typ/model wstrzykiwacza ma na myśli Zamawiający?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że ma na myśli zainstalowany w Pracowni Tomografii Komputerowej dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad STELLANT CT o numerze seryjnym 25520.**

**Pytanie 2**

Którego (wg normy CIA 425) poziomu integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z nabywanym tomografem komputerowym oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź:**

**Poziom integracji/sprzężenia zależeć będzie od typu skanera jaki zakupi Zamawiający.**

DYREKTOR  
WSZ w Koninie  
*Łukasz Dolata*