



WSZ-EP-48/.....⁹⁴⁷...../2016

Konin,²⁶ WRZ. 2016.....

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-48/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 1 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 75mm x 270mm zamiast torebki o wymiarach 75mm x 250mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

3. Pakiet 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 100mm x 270mm zamiast torebki 100mm x 250mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

4. Pakiet 1 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 150mm x 270mm zamiast torebki 150mm x 250mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

5. Pakiet 1 pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 150mm x 50mm x 460mm zamiast torebki 150mm x 50mm x 450mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

6. Pakiet 1 pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.



7. Pakiet 1 pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 125mm zamiast rękawa o wymiarach 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

8. Pakiet 1 pozycja 33: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 200mm x 55mm zamiast rękawa o wymiarach 200mm x 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

9. Pakiet 1 pozycja 34: Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 250mm x 65mm zamiast rękawa o wymiarach 250mm x 60mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

10. Pakiet 2 pozycje 4-7: Czy Zamawiający dopuści włókninę kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

11. Pakiet 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści etykiety ze zmianą wskaźnika na kolor brązowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka