

WSZ-EP-35/480/2016

Konin, 01.06.2016r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie.
(nr sprawy: WSZ-EP-35/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytania do treści SIWZ

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w § 10 pkt 2 ppkt a) powinien brzmieć „oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

2. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Wykonawca ma składać dodatkową informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej mimo oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź: Wykonawca nie musi składać dodatkowej informacji, że nie należy do grupy kapitałowej.

Pytania do treści zał. Nr 1 do SIWZ

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w tabeli pod L.p. 1 „łóżko szpitalne – zgodne z załącznikiem numer 6 do SIWZ” powinien brzmieć: „łóżko szpitalne – zgodne z załącznikiem numer 5 do SIWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis w tabeli pod L.P. 1 „łóżko szpitalne – zgodne z załącznikiem numer 6 do SIWZ” powinien brzmieć: „łóżko szpitalne – zgodne z załącznikiem numer 5 do SIWZ”. Zamawiający modyfikację zamieści na j stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytania do treści projektu umowy

1. Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy wraz z dostawą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. W § 5 wymieniany jest np. paszport techniczny. Czy paszportem dysponuje Zamawiający, czy ma on być dostarczony przez Wykonawcę? Jeśli ma być dostarczony przez Wykonawcę, to czy do każdego łóżka, czy w jednym egzemplarzu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 4 paszportów technicznych na całe zamówienie. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy w § 5 ust. 4 w następujący sposób: „bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego 4

paszporty techniczne na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Zamawiający modyfikację zamieści na j stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytania do łóżka szpitalnego – zał. nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej większej zaledwie o 15 mm od oczekiwanej, czyli wynoszącej 2165 mm?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie ze modyfikowanym opisem załącznika nr 5 pozycja 3a, który otrzymuje brzmienie: „Długość całkowita NIE KRÓTSZA NIŻ 2100mm.”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew ochronnych na ramie łóżka? Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga łóżek wyposażonych w barierki boczne i w tej sytuacji listwy ochronne będą za barierkami (pomiędzy ramą łóżka a barierką).

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 5, która otrzymuje brzmienie: „Na całej długości ramy leżą lub na całej długości barierki bocznych listwy chroniące łóżko i ściany przed otarciami”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

* 3. Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko było wyposażone w tworzywowe szczyty z możliwością wyboru koloru wklejki szczytu? Szczyt nie posiada wymowanego wypełnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 6, która otrzymuje brzmienie: „Szczyty łóżka wykonane z lekkiego, jednolitego odlewu tworzywowego odpornego na działanie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w tworzywowe szczyty wykonane jako jedna bryła (bez wymowanego wypełnienia) z możliwością wyboru koloru wklejki szczytu? W związku z przeznaczeniem łóżek, wyeliminowanie łatwo wymowanego wypełnienia szczytu z pewnością zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 6, która otrzymuje brzmienie: „Szczyty łóżka wykonane z lekkiego, jednolitego odlewu tworzywowego odpornego na działanie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 34 stopni? Jest to parametr różniący się zaledwie o 6 stopni od oczekiwanego i nie wpływa na obniżenie walorów użytkowych łóżka. Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym modyfikuje załącznik nr 5 w pozycji 12, która otrzymuje brzmienie: „Regulacja kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 DO NIE MNIEJ NIŻ 34 stopni. Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leżą, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego, gdyż eliminuje możliwość pomyłki w trakcie dokonywania regulacji żądanego segmentu.


Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 13 , która otrzymuje brzmienie:
„Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą oddzielnych dźwigni.”
Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby każde z 4-ech kół posiadało indywidualną blokadę jazdy i obrotu?
Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 14 , która otrzymuje brzmienie: „Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu.”
Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym dwoma z czterech kół posiadają indywidualną blokadę jazdy i obrotu?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 5 pozycja 14 , która otrzymuje brzmienie:
„Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

9. W tabeli parametrów Zamawiający zawarł wymóg „*Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką stabilizującą wzmacniającą konstrukcję łóżka*”. Zwracamy uwagę, że producenci łóżek szpitalnych w tego typu łóżkach stosują różne rozwiązania konstrukcyjne do mocowania nóg. Podstawowym warunkiem dla zastosowania każdego z tych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i personelowi medycznemu, jak również zapewnienie stabilności, trwałości konstrukcji i długoletniego, bezusterkowego działania. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego, czy dopuści łóżko z nogami zapewniającymi bezpieczeństwo i trwałość w użytkowaniu łóżka, które nie wymagają poprzeczek?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający rezygnuje z wymogu poprzeczki wzmacniającej nogi łóżka. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla w załączniku nr 5 pozycję 15. Modyfikacja, zostanie umieszczona na stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

10. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności ze znakiem CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych?
Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka