



WSZ-EP-51/1049/2015

09 LIS. 2015
Konin, dn.

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem pracowników dla Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-51/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie procesora o następujących parametrach:

- procesor umożliwiający przeprowadzenie w jednym cyklu 200 kasetek
- urządzenie wyposażone w 3 koszyki każdy na 85 kasetek
- możliwość zaprogramowania 9 programów
- zewnętrzna bateria UPS
- urządzenie wyposażone w inny system kontroli emisji oparów
- system zapobiegający mieszanemu się odczynników: koszyk na kasetki bez rotacji ale z zatrzymaniem przez 60 sekund nad odczynnikiem celem ocieknięcia
- wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterującym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrotomu o następujących parametrach:

- całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu do 30 mm
- zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu do 70 mm.
- zakresy cięcia:
cięcie nastawiane w zakresach:
 - 0,5 do 10 μm skok co 0,5 μm
 - 10 do 20 μm skok co 1 μm
 - 10 do 20 μm skok co 2 μm
 - 20 do 50 μm skok co 5 μm
 - 50 do 100 μm skok co 10 μm
- trymowanie w zakresie do 1 do 500 μm
- trymowanie nastawiane w zakresach:
 - 1 do 500 μm skok co 1 μm
- funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu (do 100 μm) z możliwością jej wyłączenia
- panel sterujący bez możliwości wyjęcia z obudowy mikrotomu
- urządzenie w wymiarach: 450 x 530 x 275 mm
- urządzenie bez systemu transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej, system chłodzenia preparatu na głowicy mikrotomu, lupę
- nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 35° (50 szt.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 1 poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zatapiarki parafinowej o następujących parametrach:



- pojemność pojemnika na parafinę - 4 litry?
 - moduł dozownika wyposażony w dwa duże podgrzewane pojemniki, jeden o pojemności 5,5 litra a drugi o poj. 3L, zamykane pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich, mogące pomieścić 190 kasetek i 400 wanienek
 - dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchomiany ręcznie poprzez czujnik zbliżeniowy, bezdotykowy?
 - zakres regulacji płyty chłodzącej od 0°C do -20°C
 - płytę chłodzącą mogąca pomieścić do 80 kasetek?
 - urządzenie o wymiarach:
 - Wymiary urządzenia – dyspenser parafiny: 360 x 550 x 290 mm?
 - Wymiary płyty chłodzącej: 400 x 270 mm?
 - Wymiary modułu chłodzącego wraz z płytą chłodzącą: 500 x 550 x 290 mm?
 - zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 20°C do 70°C
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora
dział. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Ciesielski