

WSZ-EP-52/1003/2016

Konin, 11 PAŹ. 2016

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów, rozruszników, zestawów stymulatorów CRT-P oraz kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących CRT-D dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-52/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 52/2016:

I. Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ 52/2016), w Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3a do SIWZ 52/2016) oraz w Parametrach ocenianych (Zał. nr 3b do SIWZ 52/2016) dodaje pakiet nr 7 o następującej treści:

- **Formularz asortymentowo – cenowy (Zał. nr 2 do SIWZ 52/2016)**

Pakiet 7 – 15 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

Nazwa	Ilość zestawów	Cena jedn. netto za zestaw w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT (%)	Wartość brutto w zł	Nazwa /Producent/ nr katalogowy
Zestaw kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem	15					

- **Opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3a do SIWZ 52/2016)**

Pakiet 7 – 15 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

Lp	Parametry graniczne wymagalne
1	czas sterylizacji min.12miesiący
2	waga równa, mniejsza niż 82 gramy
3	dostarczona energia defibrylacji 36 J
4	programowalna terapia ATP
5	rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/
6	Wczesne rozpoznanie i rejestracja krótkich zdarzeń arytmicznych w RA (poniżej 5 min)
7	pamięć trzy kanałowego IEGM przynajmniej 60 min
8	automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności



9	elektrody kompatybilne z MRI
10	elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/jednokoilowe, o wymiarze poniżej 8F, długość 65cm, pięciopolowa.
11	Zapis IEGM zdarzeń przedsionkowych
12	Algorytm dyskryminacji rytmu komorowego i nadkomorowego na podstawie porównania rytmu przedsionka i komory
13	program nocny

• Parametry oceniane (Zał. nr 3b do SIWZ 52/2016)

Pakiet 7 – 15 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

Parametry oceniane

Lp	Parametry graniczne wymagalne	Potwierdzenie parametrów	Punktacja
1	Urządzenie z elektrodami z certyfikatem MRI do 1,5 T bez stref wykluczeń		NIE – 0 pkt. TAK - 10 pkt.,
2	Tryb pracy urządzenia z zabezpieczający stymulację podczas badania MRI		NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.,
3	Bezprzewodowa interrogacja RF		NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.,
4	Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm		NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.,

W pozostałym zakresie Zał. nr 2 do SIWZ 52/2016, Zał. nr 3a do SIWZ 52/2016 oraz Zał. nr 3b do SIWZ 52/2016 bez zmian.

II. Zmiany następują w pkt 10.8 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

10.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**„Oferta w przetargu nieograniczonym powyżej 209 000 euro na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów, rozruszników, zestawów stymulatorów CRT-P oraz kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących CRT-D dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-52/2016.
Nie otwierać przed 08.11.2016 r., godz. 11:00”.**

III. Zamawiający w pkt. 12.1. SIWZ, wprowadził zmianę poprzez dodanie pakietu nr 7:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- 1) pakiet nr 1 – 3 604,00 zł
- 2) pakiet nr 2 – 3 900,00 zł
- 3) pakiet nr 3 – 8 500,00 zł
- 4) pakiet nr 4 – 7 616,00 zł
- 5) pakiet nr 5 – 17 280,00 zł
- 6) pakiet nr 6 – 8 500,00 zł
- 7) pakiet nr 7 – 3 900,00 zł



IV. Zmiany następują również w pkt 13.1 i 13.2 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia ^{08 LIS. 2016} r. do godz. 10.00 Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ^{08 LIS. 2016} r. o godz. 11.00 w **świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)**

V. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-52/2016, w których uwzględnia m.in. powyższe zmiany i udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Zona Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik