

WSZ-EP-20/566/2015

Konin, dn. 24 LIP. 2015

Wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę staplerów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-20/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **I. Dotyczy pakietu 1:**

a.) Czy zamawiający w pozycji 1 -4 dopuści stapler lub kompatybilny ładunek o wysokości zszywki otwartej 3,85mm? Zszywka o tej wysokości zamyka się na tą samą wysokość co wymagana w SIWZ zszywka 3,8mm (1,5mm po zamknięciu) a jej wielkość w stanie otwartym spowodowana jest jedynie różnicą w procesie produkcji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

b.) Czy zamawiający w pozycji 5 -8 dopuści stapler lub kompatybilny ładunek o wysokości zszywki otwartej 4,5mm? Zszywka o tej wysokości zamyka się na tą samą wysokość co wymagana w SIWZ zszywka 4,8mm (2,0mm po zamknięciu) a jej wielkość w stanie otwartym spowodowana jest jedynie różnicą w procesie produkcji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

c.) Czy zamawiający wymaga dołączenia razem z ofertą badań opublikowanych w czasopiśmie branżowych (np. o przynajmniej impact factor na poziomie 2 lub wyższym) w celu potwierdzenia jakości oferowanych staplerów? Badania takie pozwolą zweryfikować jakość oferowanych produktów oraz ich skuteczność w zastosowaniu na tkance ludzkiej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego**

d.) Czy zamawiający we wszystkich pozycjach, dla najwyższej jakości hemostazy wymagał staplerów liniowych z trzema rzędami zszywek po każdej ze stron (6 rzędów)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

e.) Prosimy dla pozycji 1 i 7 o dopuszczenie staplera liniowego o długości 55mm i wysokości otwartej zszywki 4,3mm i możliwością wyboru zszywki otwartej w momencie aplikacji na wysokość 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm. Rozwiązanie to gwarantuję najwyższą jakość wykonywanego zespolenia oraz pozwala na redukcję stanów magazynowych potrzebnych przy stosowaniu ładunków tylko dla jednej wysokości zszywki.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

f.) Prosimy o dopuszczenie ładunków kompatybilnych ze staplerem wymienionym pozycję wyżej o regulowanej wysokości zszywki i długości 55mm.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**



g.) Prosimy dla pozycji 3 i 5 o dopuszczenie staplera liniowego o długości 75 mm i wysokości otwartej zszywki 4,3mm i możliwością wyboru zszywki otwartej w momencie aplikacji na wysokość 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm. Rozwiązanie to gwarantuję najwyższą jakość wykonywanego zespolenia oraz pozwala na redukcję stanów magazynowych potrzebnych przy stosowaniu ładunków tylko dla jednej wysokości zszywki.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

h.) Prosimy o dopuszczenie ładunków kompatybilnych ze staplerem wymienionym pozycję wyżej o regulowanej wysokości zszywki i długości 75mm.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

## **II. Dotyczy pakietu 2**

a.) Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 jednorazowego staplera liniowego o długości 60mm z możliwością regulacji wysokości zamykanej zszywki w zakresie 1,0 – 2,5mm. Rozwiązanie takie przewyższa wymogi SIWZ i daje możliwość właściwszego dopasowania do indywidualnego pacjenta.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

b.) Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 ładunku do staplera liniowego o regulowanej wysokości zszywki w zakresie 1,0 – 2,5mm

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

c.) Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 jednorazowego staplera liniowego o długości 90mm z możliwością regulacji wysokości zamykanej zszywki w zakresie 1,0 – 2,5mm. Rozwiązanie takie przewyższa wymogi SIWZ i daje możliwość właściwszego dopasowania do indywidualnego pacjenta.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

d.) Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 ładunku do staplera liniowego o regulowanej wysokości zszywki w zakresie 1,0 – 2,5mm

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

## **III. Dotyczy pakietu 6:**

a) Czy zamawiający we wszystkich pozycjach dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, z wysokością zszywki 5,5mm, z możliwością wyboru potrzebnej wysokości zamknięcia na: 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką (zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w proste kowadło zabezpieczające przed przypadkowych uszkodzeniem przy przechodzeniu przez linię zespolenia. Zszywki obłe

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

## **IV. Dotyczy pakietu 8:**


a) Czy zamawiający we wszystkich pozycjach dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, z wysokością zszywki 5,5mm, z możliwością wyboru potrzebnej wysokości zamknięcia na: 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką (zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w proste kowadło zabezpieczające przed przypadkowych uszkodzeniem przy przechodzeniu przez linię zespolenia. Zszywki obłe

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**V. Dotyczy pakietu 9:**

a) Prosimy o dopuszczenie we wszystkich pozycjach jednorazowego staplera zamykającego tnącego z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm, długość linii zszywania 45mm. Stapler dostępny w dwóch wysokościach otwartej zszywki 4,7mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm lub 3,5mm (1,5mm zamkniętej zszywki). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar sztaplera w momencie składania Zamówienia). Stapler umożliwia jednoręczną obsługę oraz wielokrotne odpalenie podczas jednego zabiegu. Stapler pozwala na najniższe zejście w procedurze niskiej resekcji odbytnicy i zaopatrzenie nawet najtrudniejszych przypadków klinicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**



Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
*Tomasz Ciesielski*