



WSZ-EP-20/567/2015

Konin, dn. ... 24 LIP. 2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę staplerów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-20/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 1, poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zszywek tytanowych wykonanych z drutu o przekroju okrągłym. Nadmieniamy, że zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego to opatentowana technologia firmy Covidien. Taki opis umożliwia złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy, co eliminuje konkurencyjność.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby stapler liniowy posiadał barwny wskaźnik stanu zamknięcia w trakcie odpalania.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 32mm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pakiet nr 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 26mm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 3, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby oferowane staplery posiadały łamane kowadełko, chroniące zespolenie przy wycofywaniu staplera?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zszywek tytanowych wykonanych z drutu o przekroju okrągłym. Nadmieniamy, że zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego to opatentowana technologia firmy Covidien. Taki opis umożliwia złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy, co eliminuje konkurencyjność.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



Pakiet nr 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 32mm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Do SIWZ

Ze względu na wysoki koszt oferowanego asortymentu prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na rzecz dostarczenia kart katalogowych umożliwiających weryfikację zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami SIWZ, tym bardziej, iż kryterium wyboru ofert jest cena i termin dostawy. W razie odpowiedzi odmownej, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej prosimy Zamawiającego o wliczenie dostarczonych próbek na poczet pierwszej dostawy lub ich zwrot.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Ciesielski