



WSZ-EP-20/068/2015

24 LIP. 2015
Konin, dn.

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę staplerów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-20/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 1 dopuści jednorazowy, ośmiostrzałowy stapler liniowy z wbudowanym nożem, z ładunkiem posiadającym 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 61mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm. Ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem. Aktywacja noża i zszywek z jednej strony staplera, trzystopniowa pozycja pośrednia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.2 dopuści ładunek do staplera z pozycji nr 1 posiadający 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 61mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, wbudowany ogranicznik tkanki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.3 dopuści jednorazowy, ośmiostrzałowy stapler liniowy z wbudowanym nożem z ładunkiem posiadającym 4 rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 81mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm. Ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem. Aktywacja noża i zszywek z jednej strony staplera, trzystopniowa pozycja pośrednia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.4 dopuści ładunek do staplera z pozycji nr 3 posiadający 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 81mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, wbudowany ogranicznik tkanki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.5 dopuści jednorazowy, ośmiostrzałowy stapler liniowy z wbudowanym nożem z ładunkiem posiadającym 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 81mm, wysokość otwartej zszywki 4,5mm. Ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem. Aktywacja noża i zszywek z jednej strony staplera, trzystopniowa pozycja pośrednia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.6 dopuści ładunek do staplera z pozycji nr 5 posiadający 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii szycia 81mm, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, wbudowany ogranicznik tkanki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 7 dopuści jednorazowy, ośmiostrzałowy stapler liniowy z wbudowanym nożem z ładunkiem posiadającym 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii zszywania 61mm, wysokość otwartej zszywki 4,5mm. Ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem. Aktywacja noża i zszywek z jednej strony staplera, trzystopniowa pozycja pośrednia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz.8 dopuści ładunek do staplera z pozycji nr 7 posiadający 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, długość linii zszywania 61mm, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, wbudowany ogranicznik tkanki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 1,3 dopuści zaoferowanie staplerów jednorazowych, załadowanych ładunkiem o długości zespolenia 60mm w poz. 1 i 90mm w poz. 3. Wysokość otwartej zszywki 3,8 mm. Stapler automatyczny, 8-strzałowy, posiadający 2 dźwignie- zamykającą dwustopniową oraz dźwignię spustową. Pozycja pośrednia oraz automatyczny ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

10. Czy w związku z tym, że podczas jednej procedury używany jest więcej niż jeden ładunek Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, poz. 1 złożenie oferty na 72 staplery załadowane jednorazowym ładunkiem dających następnie możliwość siedmiokrotnego przeładowania kolejnymi ładunkami oraz 72 jednorazowe ładunki, kompatybilne z oferowanymi staplerami?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

11. Czy w związku z tym, że podczas jednej procedury używany jest więcej niż jeden ładunek Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, poz. 3 złożenie oferty na 102 staplery załadowane jednorazowym ładunkiem dających następnie możliwość siedmiokrotnego przeładowania kolejnymi ładunkami oraz 102 jednorazowe ładunki, kompatybilne z oferowanymi staplerami?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 2,4 dopuści zaoferowanie staplerów jednorazowych, załadowanych ładunkiem o długości zespolenia 60mm w poz. 2 i 90mm w poz. 4. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Stapler automatyczny, 8-strzałowy, posiadający 2 dźwignie- zamykającą dwustopniową oraz dźwignię spustową. Pozycja pośrednia oraz automatyczny ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

13. Czy w związku z tym, że podczas jednej procedury używany jest więcej niż jeden ładunek Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, poz. 2 złożenie oferty na 48 staplerów załadowanych jednorazowym ładunkiem dających następnie możliwość siedmiokrotnego przeładowania kolejnymi ładunkami oraz 48 jednorazowych ładunków, kompatybilnych z oferowanymi staplerami?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

14. Czy w związku z tym, że podczas jednej procedury używany jest więcej niż jeden ładunek Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, poz. 4 złożenie oferty na 104 staplery załadowane jednorazowym ładunkiem dającym następnie możliwość siedmiokrotnego przeładowania kolejnymi ładunkami oraz 104 jednorazowe ładunków, kompatybilne z oferowanymi staplerami?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



15. W przypadku wyrażenia zgody na pytania 9-14 oraz składania przez Wykonawcę oferty na opisane wyżej staplery i kompatybilne z nimi ładunki prosimy o zmodyfikowanie załącznika nr 2 w zadaniu nr 2 i uwzględnienie zgodnych z pytaniami ilości staplerów i ładunków dla poszczególnych pozycji.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, poz. 1 dopuści stapler okrężny jednorazowy z regulowaną wysokością domknięcia tkanki w przedziale 1-2mm i średnicy 32mm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

17. Czy zamawiający w zadaniu nr 3, poz. 3 dopuści stapler jednorazowy, okrężny, zakrzywiony z regulowaną wysokością domknięcia tkanki w przedziale 1-2mm z główką o średnicy 25mm w kształcie stożka prostego, posiadającego otwór pozwalający na założenie szwu zabezpieczającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4, poz. 1 dopuści zaoferowanie jednorazowych staplerów liniowych bez noża , załadowanych ładunkiem o długości linii zszycia 46mm. Wysokość otwartej zszywki 3,8 mm. Stapler automatyczny, 8-strzałowy, posiadający 2 dźwignie- zamykającą dwustopniową oraz dźwignię spustową. Pozycja pośrednia oraz automatyczny ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.


Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Ciesielski