

WSZ-NZ-6/ZO/.....³⁹⁶...../2015

Konin, dnia~~2015-05-07~~

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-NZ-6/ZO/2015 na sukcesywną dostawę wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych na Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych na Blok Operacyjny uprzejmie wyjaśniamy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu oraz o zgodę na zaoferowanie poniżej opisanego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowane pakiety zawiera załącznik 1A

Poz. 1. Elektroda bierna jednorazowa, uniwersalna, dwudzielna, niekierunkowa, o powierzchni 150 cm², z warstwą przewodzącego żeluz w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności, pakowane w torby po 5 szt., opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Poz. 3. Kabel do elektrod biernych, wielokrotnego użytku, kompatybilny z elektrodami z poz. 1, z wtykiem typu Jack, długości 4,6 m.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Poz. 4. Kabel do elektrod biernych, wielokrotnego użytku, ze złączem REM™, kompatybilny z elektrodami biernymi z poz. 1, z wtykiem do diatermii Valleylab, długości 4,6 m.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Poz. 5. Jednorazowa elektroda monopolarna z dwoma przyciskami, jałowa, pakowana pojedynczo, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5 m, z wymowalną elektrodą nożową ze stali nierdzewnej o średnicy 2,4 mm, z trzybolcowym wtykiem do diatermii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 6. Elektroda monopolarna wielorazowego użytku, na stałe połączona z kablem o długości 4,6 m, posiadająca przyciski koagulacji i cięcia oblane silikonem, uchwyt również oblany silikonem, posiadająca wtyk na 3 bolce, dostarczona z elektrodą nożową z trzonkiem o śr. 2,4 mm, ze wskazaniem do 50 cykli sterylizacji gazowej lub parowej.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Poz. 7. Elektroda monopolarna wielorazowego użytku, na stałe połączona z kablem o długości 4,6 m, posiadająca przyciski koagulacji i cięcia oblane silikonem, uchwyt również oblany

silikonem, posiadająca wtyk na jeden bolec, dostarczona z elektrodą nożową z trzonkiem o śr. 2,4 mm, ze wskazaniem do 50 cykli sterylizacji gazowej lub parowej.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Poz. 17. *Czyścik do narzędzi monopolarnych ze stali nierdzewnej, jałowy, jednorazowego użytku, samoprzylepny i radiocieniodajny, o wymiarach 5,08 x 5,08 cm.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata

Sporządziła: B. Szafrńska