

WSZ-NZ-6/ZO/.....³⁹⁷...../2015

2015 -05- 07
Konin, dnia

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-NZ-6/ZO/2015 na sukcesywną dostawę wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych na Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych na Blok Operacyjny uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 1 pozycji nr 19

Zamawiający wymaga kabla do elektrody bipolarnej artroskopowej z poz.18, z wtykiem do diatermii 2-pinowy o długości 3m lub 5m ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga kabla do elektrody bipolarnej artroskopowej 5 m.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie

Łukasz Dolata

Sporządziła: B. Szafrąńska