

WSZ-EP-60/...../2016

Konin, 08 LIS. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę narzędzi endoskopowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-60/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pyt. 1 Pakiet 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 2, 3, 11 dopuści:

Poz. 1

Proteza samorozprężalna, przetykowa o dł. 80, 100, 120, 140 mm, śr. 20 mm, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 15 mm i śr. 26 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F.

Poz. 2

Proteza samorozprężalna przetykowa z zastawką antyrefluksową o dł. 100 mm, śr. 20mm lub 24mm, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 7,5mm i śr. odpowiednio 26 i 30mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F.

Poz. 3

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 65mm widoczna w promieniach RTG, posiada spiralny znacznik ruchu, specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, 2 sztuki w op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3, 9, 11, 12, 13 dopuści:

Poz. 3

Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych o długości 4, 6, 8, 10cm, średnica: 10mm, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9Fr, zalecany prowadnik 0,035" o długości 450cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 9

Prowadnik endoskopowy dostępne średnice: 0.025, 0.035", dostępne długości: 260 i 450 cm, z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 6,5 cm, sztywność standardowa, dostępne końcówki: prostą i zagiętą, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej



pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Prowadnik ekstra sztywny dostępny w średnicy 0.035", długość 260 i 420cm, dł. końcówki 13cm, czarny.

Poz. 11

Jednorazowe igły do ostrzykiwania, o długości 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 13

Pętla do polipektomii jednorazowa o średnicy otwartej pętli 13-33 mm; długość robocza 230 cm; średnica 2.3 mm (10 szt. w opakowaniu).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet 3

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3, 4, 7 i dopuści:

Poz. 7

Balon do usuwania złogów o średnicy balonu 9/12/15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik