

WSZ-EP-61/1081/2016

Konin, 25 PAŹ. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, implantów dla potrzeb neurochirurgii i chirurgii naczyniowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-61/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1, pakiet 2, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej igły biopsyjnej, pakowanej sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem o średnicy igły zewnętrznej 2,11mm i świetle 1,74mm oraz igły wewnętrznej/tnącej 1,65mm i świetle 1,35mm kompatybilnej z jednorazowym przewodnikiem igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, opisanym w pozycji drugiej pakietu.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 2, pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane igły biopsyjne były zbadane oraz zatwierdzone przez producenta systemu neuronawigacji?

Markery pasywne (kulki) trwale umieszczone na igle biopsyjnej, za pomocą których nawigacja przestrzenie lokalizuje igłę biopsyjną ma decydujące znaczenie przy dokładności nawigowania głębokości igły – przesunięcie markerów, które stanowią „punkty kontrolne” w którąkolwiek ze stron (w dół, bądź w górę igły) względem zakodowanego w logarytmie wzorca oryginalnej igły biopsyjnej producenta systemu, wpływa na precyzję działania całego systemu i stwarza ryzyko utraty zdrowia bądź życia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane igły biopsyjne były zbadane oraz zatwierdzone przez producenta systemu neuronawigacji. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kojacka

Sporządziła: R. Janik