

WSZ-EP-64/...../2016

Konin, 1.6.15...2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-64/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1

Pakiet nr 1, poz. 1-8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania , posiadających dwa naprzemianległe otwory boczne, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Cewnik do odsysania wykonany z mrożonego PCV (powierzchnia matowiona), posiadający dwa naprzeciwległe/naprzemianległe otwory boczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny

- 1 Cewnik do odsysania F6
- 2 Cewnik do odsysania F8
- 3 Cewnik do odsysania F10
- 4 Cewnik do odsysania F12
- 5 Cewnik do odsysania F14
- 6 Cewnik do odsysania F16
- 7 Cewnik do odsysania F18
- 8 Cewnik do odsysania F20 ”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 2

Część nr 1, poz. 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 20 zgłębników żołądkowych w rozmiarze 20, gdyż z naszej wiedzy wynika, iż rozmiar 22 nie jest dostępny na polskim rynku.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm

17. zgłębnik żołądkowy 16
18. zgłębnik żołądkowy 18
19. zgłębnik żołądkowy 20
20. zgłębnik żołądkowy 20-22”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 3

Pakiet nr 3, poz. 13-18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a z plastikową zastawką, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: pozycja 13 - Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „13. Cewnik Foley'a 10 (dł. min 27 cm)”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pozycje 14-18 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 12, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer, z końcówką żebrowaną oraz średnicą wewnętrzną końcówki o stałej średnicy 6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 250 mm, długość części roboczej około 5 cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające. Średnice wewnętrzne końcówek: 4-4,5 mm, 5,6-6 mm do wyboru przez Zamawiającego”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 5

Pakiet nr 12, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu do końcówki o średnicy zewnętrznej 10 mm i wewnętrznej 6,35 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren medyczny o długości 2 m, średnica wewnętrzna 6mm, końcówki żeńskie doklejane zapewniające pewne połączenie ze ssakiem, zatyczka na jeden z końców drenu zintegrowana z drenem, sterylny”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka