

16 LIS. 2016

Konin,

WSZ-EP-64/1881/2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-64/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy pakietu nr 4

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 4 pozycji nr 2 - zestawów do szynowania moczowodów – do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność ewentualnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji nr 2 - zestawów do szynowania moczowodów – do osobnego pakietu. Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 2 (po zmianie pakiet 4a)

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów (aktualnie zamawianych przez Zamawiającego) zawierających popychacz o długości 52 cm oraz przewodnik o długości 145cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie: „Pakiet 4a - Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43-52 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; przewodnik powleczony teflonem o długości 125-145 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy.” Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dobna Kotecka