

Konin, 16 LIS. 2016

WSZ-EP-64/...../2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-64/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 5, poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5, poz. 10-17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10-16 z pakietu nr 5.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 17 wraz z pozycjami 18 i 19 z pakietu nr 5. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 5, poz. 10-16

Czy Zamawiający wymaga igieł w rozmiarach: 0,5 x 25 mm, 0,6 x 40 mm, 0,7 x 40 mm, 0,8 x 40 mm, 0,9 x 40 mm i 1,1 x 40 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5, poz. 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 17 wraz z pozycjami 18 i 19 z pakietu nr 5. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 5, poz. 18 - 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 17 wraz z pozycjami 18 i 19 z pakietu nr 5. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV, o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości wykonanej z minimum 60mm części przezroczystej z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości wykonanej z minimum 60mm części przezroczystej z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 7, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z portem umieszczonym w osi skrzydełek, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z portem umieszczonym w osi skrzydełek, z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ w ml/min
17 G	1,5 x 45	128
18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
22 G	0,9 x 25	36
24 G	0,7 x 19	22

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Powyższe pytanie nie dotyczy pakietu nr 6, poz.1.

Pakiet nr 6, poz. 1-5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga kranika z optycznym indykátorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji koreczków w dwóch kolorach – czerwonym i niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, ergonomiczny kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, pirogenny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 μ , łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd z zaworem bezigłowym, zabezpieczającym przed rozlaniem płynu, zamiast zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 6, poz. 10

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.

- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie drenu luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.



Pakiet nr 6, poz. 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet nr 6 składa się z dwóch pozycji.

Pakiet nr 8


Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP (zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon), w opakowaniu blister – papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, w opakowaniu blister – papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka