

WSZ-EP-64/...../2016

Konin, 16 LIS. 2016

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-64/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **PAKIET 3 Poz. 1-5**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Couveliera z nieprzeźroczystym konektorem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Cewnik Couvelaira z półprzeźroczystym lub nieprzeźroczystym konektorem, powierzchnia satynowa

- 1 Cewnik Couvelaira F14 100
- 2 Cewnik Couvelaira F16 100
- 3 Cewnik Couvelaira F18 100
- 4 Cewnik Couvelaira F20 100
- 5 Cewnik Couvelaira F22 30

”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

#### **PAKIET 3 Poz. 13-18**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki Foley były sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnątrz folia i zewnątrz folia-papier:

- 13 Cewnik Foley'a 10 (dł. min 27 cm) 50
- 14 Cewnik Foley'a 12 50
- 15 Cewnik Foley'a 14 200
- 16 Cewnik Foley'a 16 2 500
- 17 Cewnik Foley'a 18 4 000
- 18 Cewnik Foley'a 20 1 000

”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foley mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnątrz folia i zewnątrz folia-papier:

- 13 Cewnik Foley'a 10 (dł. min 27 cm) 50
- 14 Cewnik Foley'a 12 50

- 15 Cewnik Foley'a 14 200
- 16 Cewnik Foley'a 16 2 500
- 17 Cewnik Foley'a 18 4 000
- 18 Cewnik Foley'a 20 1 000

”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

#### PAKIET 4 Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów renomowanej firmy Rusch Teleflex, który zawiera:

- cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem, kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie.
- cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną UŁATWIAJĄCE POZYCJONOWANIE W MOCZOWODZIE
- prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka, długość 100 cm (dla cewnika zamkniętego od strony nerki), 150 cm dla cewnika otwartego od strony nerki i zestawu do URS)
- popychacz długość 45 cm, w zestawach do URS długość 90 cm.
- ROZŁĄCZENIE ZESTAWU NASTĘPUJE PRZEZ CAŁKOWITE WYJĘCIE PROWADNICY

W rozmiarach 4.8Ch, 6.0Ch, 7.0Ch

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie: „Pakiet 4a - Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43-52 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; prowadnik powleczony teflonem o długości 125-145 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy.” Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

#### PAKIET 4 Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów , który zawiera:

- cewnik pigtail z poliuretanu Otwarty/Zamknięty
- cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną UŁATWIAJĄCE POZYCJONOWANIE W MOCZOWODZIE
- prowadnica , długość 100 cm
- popychacz długość 45 cm.
- ROZŁĄCZENIE ZESTAWU NASTĘPUJE PRZEZ CAŁKOWITE WYJĘCIE PROWADNICY

W rozmiarach 4.8Ch, 6.0Ch, 7.0Ch

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie: „Pakiet 4a - Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43-52 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; prowadnik powleczony teflonem o długości 125-145 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy.” Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

#### PAKIET 4 Poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii renomowanej firmy Rusch Teleflex, który zawiera:

- Igła dwuczściowa ostrze typu chiba - zakończenie igły ( 3 pierścienie ) widoczne w USG

- prowadnica Lunderquista (twarda) o długości 80 cm , z bezpiecznym końcem typu J
- cewnik wykonany z poliuretanu , pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 5 cm. , z końcówką pigtail, zakończenie dystalne typu luer - lock. Poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia . Długość ok.30 cm, 6 oczek drenujących.
- kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz.
- 3 etykiety samoprzylepne na opakowaniu

W rozmiarach : CH 8, CH 10

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **PAKIET 4 Poz. 5**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii składający się z:

- igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm
- igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem G 22, długość 20 cm, skalowana co 1 cm
- prowadnicy o długości 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J
- zestaw rozszerzań, ostatnie z rozrywalną koszulką
- cewnik posiada skalowanie co 1 cm w postaci pierścieni, z zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock
- bez lateksowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu.
- kranik
- silikonowa szpulka do mocowania cewnika

W rozmiarach 8Ch, 10Ch, 12Ch

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pakiet 6 poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości min. 55 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie: „Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości wykonanej z minimum 60mm części przezroczystej z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylne. Nazwa producenta na przyrządzie.” Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

2. Prosimy o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 60mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie: „Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości wykonanej z minimum 60mm części przezroczystej z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylne. Nazwa producenta na przyrządzie.” Zamawiający umieści modyfikację na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Pakiet 9 poz. 2-3**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nebulizator do podawania leku, ma posiadać antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, ze średnią średnicą nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7  $\mu\text{m}$  potwierdzoną w katalogach producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
*Dorota Kotecka*

Sporządziła: S. Skrycka