

WSZ-EP-64/1191/2016

Konin, 1.6.11.5...2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-64/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytania do wzoru umowy:

§3, ust. 6

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie w umowie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

§5, ust. 3, pkt 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy dotyczącego kary umownej za odstąpienie lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do SIWZ:

Pakiet 2, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren jamy otrzewnej lateksowy

1. dren jamy otrzewnej 15-16
2. dren jamy otrzewnej 18
3. dren jamy otrzewnej 20
4. dren jamy otrzewnej 21-22
5. dren jamy otrzewnej 24
6. dren jamy otrzewnej 26
7. dren jamy otrzewnej 27-28
8. dren jamy otrzewnej 30”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 2, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej wykonany z silikonu?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren jamy otrzewnej lateksowy

1. dren jamy otrzewnej 15-16
2. dren jamy otrzewnej 18
3. dren jamy otrzewnej 20
4. dren jamy otrzewnej 21-22
5. dren jamy otrzewnej 24
6. dren jamy otrzewnej 26
7. dren jamy otrzewnej 27-28
8. dren jamy otrzewnej 30”.

Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 3, pozycja 19

Czy Zamawiający oczekuje worka do dobowej zbiórki moczu z Zaworem typu T zapewniającym większą szczelność i poprawiającym komfort pracy personelu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem poprzecznym typu „T”, podziałka co 100ml, skala co 500ml. Długość drenu co najmniej 90 cm”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową, dwuczęściową o pojemności 2 ml ze skalą pomiarową poszerzoną do 2,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „2 Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 3 ml, nazwa producenta na strzykawce, strzykawki pozbawione ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 5, pozycja 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek jednorazowych, dwuczęściowych za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie zawierające 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie 5 poz. 2-5 i 10-16. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 5, pozycja 10-16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł iniekcyjnych za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie zawierające 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie 5 poz. 2-5 i 10-16. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.



Pakiet 12, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer o średnicy wewnętrznej końcówki 4 mm – 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 250 mm, długość części roboczej około 5 cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające. Średnice wewnętrzne końcówek: 4-4,5 mm, 5,6-6 mm do wyboru przez Zamawiającego”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren do końcówki z lejkowatym rozszerzeniem o średnicy zewnętrznej 9 mm, wewnętrznej 6 mm do 7 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, która otrzymuje brzmienie: „Dren medyczny o długości 2 m, średnica wewnętrzna 6mm, końcówki żeńskie doklejane zapewniające pewne połączenie ze ssakiem, zatyczka na jeden z końców drenu zintegrowana z drenem, sterylne”. Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka