

WSZ-EP-31/649/2015

Konin, dn. 20.09.2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę wyposażenia sześciu stanowisk intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dot. pakiet 12

Sufitowa jednostka zasilająca dla oddziału intensywnej terapii – 6 szt.

1. Dot.: pkt 2, 5 i 9

Czy Zamawiający dopuści sufitową medyczną jednostkę zasilającą dla stanowisk intensywnej terapii umożliwiającą ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną składającej się z podwieszanej belki głównej, wysokość podwieszenia belki do uzgodnienia z użytkownikiem, z 2 szynami medycznymi ułożonymi na froncie belki i umieszczoną również na froncie belki określoną w specyfikacji SIWZ dla strony aparaturowej i infuzyjnej ilością gniazd elektrycznych, punktów poboru gazów medycznych, gniazd wyrównania potencjału, gniazd sieci komputerowej i miejscami przygotowanymi pod instalacje w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot.: pkt 7

Czy Zamawiający dopuści następujące wyposażenie dla strony aparaturowej?

- przesuwny, obrotowy w zakresie 360 stopni wózek jezdny o nośności 90kg, wyposażony w 2 półki z szynami medycznymi po ich bokach, pod jedną z półek szuflada
- wysięgnik obrotowy prosty o dł. 500mm dla podwieszenia monitora

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot.: pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści następujące wyposażenie dla strony infuzyjnej?

- przesuwny wózek o nośności 100kg z dwoma drążkami dla podwieszenia pomp infuzyjnych wyposażony w 4 szyny medyczne przeznaczone dla podwieszenia drobnego sprzętu medycznego
- wysięgnik łamany o dł. 600/700mm, każda część wysięgnika obrotowa, wyposażony w drążek z regulacją wysokości 4 zaczepów dla płynów infuzyjnych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Ciesielski