

Konin,r.
28 LIS. 2016

WSZ-EP-67/...../2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę stymulatorów struktur głębokich mózgu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-67/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- stymulator dwukanałowy, stałonapięciowy o amplitudzie pracy 0-12,75 mA, automatyczna zmiana napięcia stymulacji na zmiany oporów, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania;
- elektrodę domózgową, ośmioogniową/ośmiokontaktową, kierunkową – z odstępami pomiędzy złączami 0,5 mm lub 1,5 mm, o długości przewodu 30 lub 40 cm;
- elastyczny łącznik do elektrody o rozciągłości 10%, o długościach w stanie spoczynku do wyboru 50, 60 lub 90 cm;
- pilot pacjenta, –umożliwiający kontrolę stanu baterii i samego neurostymulatora, pracujący bezprzewodowo;
- pierścien do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 - 17mm,
- tunelizator, wchodzący w skład zestawu;
- elektrody do mikro/makrorecordingu – 5 szt w opakowaniu;
- tuby/kaniule insercyjne do mikro/makrorecordingu – 5 szt. w opakowaniu;
- kable do mikro/makrorecordingu – wielorazowego użytku, do resterylizacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kotecka
Dorota Kotecka

Sporządziła: K. Lewandowska