

WSZ-EP-69/.....¹³⁷³...../2016

Konin, ...15 GRU. 2016..

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę artykułów higienicznych i niejałowych wyrobów medycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-69/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 3, pozycja 1 (po zmianie pakiet 3A)

Ze względu na sposób przechowywania i transportu zarówno u producenta, dystrybutora jak i bezpośredniego użytkownika, początkowa grubość 1 cm może wahać się +/- 0,5 cm i prosimy o akceptację takiego zapisu. Jednocześnie pytamy czy Zamawiający wymaga myjki o gęstości 100g/m², od której to gęstości zaczyna się poziom jakościowy satysfakcjonujący większość użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 3, pozycja 2 (po zmianie pakiet 3A)

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się, wykonanej z obu stron z włókniny o gęstości 100g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, którą Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik