

WSZ-NZ-7/...167.../2015

Konin, dnia ..... 26 LUT. 2015

Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę leków, wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-7/2015)**

### **Modyfikacja SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Dotyczy Pakietu 7**

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów chirurgicznych o następującej charakterystyce:

*Szwy z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, powlekane mieszaną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o wytrzymałości na rozciąganie po okresie 5 dni od wszczęcia na poziomie około 45–55%, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie**

Oraz:

- w poz. 1, 5, 8 i 10 szwów z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 3 szwów z igłą kosmetyczną konwencjonalnie tnącą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 4 szwów z igłą okrągłą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 10 szwów z igłą 24 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 10**

2. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów chirurgicznych o następującej charakterystyce:

*Szwy syntetyczne, wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), o wytrzymałości około 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczęcia, wchłaniające się całkowicie w okresie 6 miesięcy.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

Oraz:

- w poz. 1, 2 i 5 szwów z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 7 i 9 szwów z igłą okrągłą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 11 szwów z igłą okrągłą przyostrzoną,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 14 szwów grubości 1 USP,

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Dotyczy Pakietu 11**

3. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 7 szwów z igłą 37 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 8 szwów z igłą pogrubioną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 13**

4. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 6 szwów długości 60 cm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 8 szwów z igłą 22 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 10 i 12 szwów z igłą cienką okrągłą 26 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 13 szwów z igłą 27 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 17**

5. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie szwów chirurgicznych o następującej charakterystyce:

*Szwy z syntetycznego poliestru, złożonego z glikolidu i laktynu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości węzła (podtrzymywaniu tkankowym) wynoszącej ok. 140% dla USP i EP oraz 80% po dwóch i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 56 a 70 dniem.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

Oraz:

- w poz. 2, 5 – 10, 13, 16, 22, 23, 30, 34, 38 i 42 szwów z igłą okrągłą,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 11, 15 i 31 szwów z igłą okrągłą przyostrzoną,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 12 i 21 szwów z igłą 37 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 14 szwów z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 24 szwów z igłą cienką okrągłą 37 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 26 szwów z igłą okrągłą przyostrzoną spłaszczoną 50 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 28 szwów z igłą 5/8 koła,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 39 szwów z igłą 48 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 43 szwów z igłą okrągłą tępą 64 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 25**

6. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 szwów pakowanych w saszetce 5 x 45 cm z odrywaną igłą 13 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 26**

7. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 12 szwów z igłą 35 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 14 szwów z igłą 39 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 17 szwów z igłą 48 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietu 30**

8. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 5 szwów z igłą 22 mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- w poz. 9 szwów długości 75 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### **Dotyczy Pakietów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33**

9. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego oraz w celu oceny funkcjonalności przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia po pełnym opakowaniu oferowanego asortymentu (wg zasad określonych w zał. 3 do SIWZ). Producenci szwów chirurgicznych mają różny sposób konfekcjonowania saszetek w pełne opakowania - choć standardem jest 36 sztuk, występują one również w opakowaniach np. po 12 lub 24 sztuki. Złożenie, jako oferta, przez różnych Wykonawców, różnych wielkości opakowań mogłoby skutkować wadą postępowania - nieporównywalnością ofert lub nierównym traktowaniem Wykonawców.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż jako 1 pełne opakowanie próbek wymaga on dostarczenia minimum 36 saszetek.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 pkt 3 ppkt „c” i „d” w następujący sposób:**

**W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:**

**c) próbki w celu oceny funkcjonalności do pakietów nr: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia,**

do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach najmniejszego opakowania zbiorczego przeznaczonego do sprzedaży, które zostały wskazane w tabeli w SIWZ nr 7/2015.

d) próbki do oceny wymogów określonych w SIWZ do pakietów nr 2, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach najmniejszego opakowania zbiorczego przeznaczonego do sprzedaży, które zostały wskazane w tabeli w SIWZ nr 7/2015.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Łukasz Dalata*