



WSZ-NZ-7/ZO/.....<sup>936</sup>...../2014

Konin, dnia .....2014.-11.-2 1

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-NZ-7/ZO/2014 na zakup sprzętu do monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz defibrylatora z funkcją kardiowersji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na zakup sprzętu do monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz defibrylatora z funkcją kardiowersji uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie do zamówienia częściowego nr 1/zalącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 7/2014  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z opcją monitorowania respiracji, z opóźnieniem alarmu bezdechu: 10,15,25,30,35,40,45,50,55,60 s?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

Sporządziła: B. Szafrńska

DYREKTOR  
WSZ w Koninie  
  
Łukasz Dolata