



WSZ-NZ-7/ZO/.....<sup>938</sup>...../2014

Konin, dnia .....2014..-11.-2 1

Wg rozdzielnika

**Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-NZ-7/ZO/2014 na zakup sprzętu do monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz defibrylatora z funkcją kardiowersji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na zakup sprzętu do monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz defibrylatora z funkcją kardiowersji uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1

**Dot. Pakiet nr 1 Kardiomonitor**

Czy zamawiający wymaga kabla 3 - żyłowego EKG, pozwalającego na jednoczesną prezentację 6 odprowadzeń EKG ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania, pozwalającego na jednoczesną prezentację minimum 6 odprowadzeń EKG

Z poważaniem

Sporządziła: B. Szafrąńska

DYREKTOR  
WSZ w Koninie

*Łukasz Dołata*