

WSZ-EP-37/443/2015

Konin, dnia 14.09.2015 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-37/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 3 i 4 fartucha z osobno pakowanymi ściereczkami do wytarcia rąk lub też fartucha bez ściereczek, a także bez zawinięcia fartucha w dodatkową serwetę lub papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy z osobno pakowanymi ściereczkami do wytarcia rąk. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 3 fartucha wykonanego z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 68 g/m² oraz wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 200 kPa i nieprzemakalności min. 130 mmH₂O. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu dwuwarstwowego (niebieska folia PE oraz polipropylen). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 5 fartucha wykonanego z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 68 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Pakiecie nr 5 w pozycji 5 chodzi o fartuch w rozmiarze XL czy XXL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla pakietu nr 5 poz. 5 fartuch powinien być w rozmiarze XXL. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację pakietu numer 5 poz. 5 na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w pozycji 1 serwetki głównej zabiegowej 75x90 cm wykonanej z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 51 g/m² z otworem w części centralnej 6x8 cm, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu trójwarstwowego o gramaturze powyżej 105g/m i nieprzemakalności min 250 H₂O, zwiększającej absorpcję płynów podczas zabiegu. Otwór podklejony dookoła warstwą samoprzylepną od strony pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Sporządziła: S. Skrycka

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie

Łukasz Dolata